


附件 2:

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024 年 3 月 19 日

主管单位	教育部
使用单位	北京大学
项目名称	维修综合物性测量系统
项目金额（元）	559874.7
专家论证意见	<p>申请人所在实验室主要从事拓扑量子材料的研究。实验室必需设备综合物性测量系统的测量探头内真空损坏。经过研究，只有返回制造商美国量子设计公司才能进行维修。</p> <p>鉴于上述原因，认为本套设备必须以单一来源的方式采购。</p> <p>专家姓名： 职称：研究员</p> <p>工作单位：中科院物理所</p>