

附件 2:

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024 年 3 月 19 日

主管单位	教育部
使用单位	北京大学
项目名称	维修综合物性测量系统
项目金额（元）	559874.7
专家论证意见	<p>申请人所在实验室的综合物性测量系统的测量探头内真空损坏，导致无法正常使用。其他厂家无法更换特定损坏配件，只能返回原厂进行维修。</p> <p>鉴于上述原因，认为维修综合物性测量系统必须以单一来源的方式采购。</p> <p>专家姓名：刘阳 职称：研究员 工作单位：北京大学</p>